



# APROVADO

## Ensaio

## Especificação

## Resultado

### DESCRICAO

Líquido límpido, incolor a levemente amarelado, com odor característico (4)

CONFORME

### ENDOTOXINAS BACTERIANAS

Menor ou igual a 0,5 UE/mL (3)

CONFORME

### CONDUTIVIDADE

11,00 - 15,00 mS/cm (4)

13,28

### PH (25 C)

6,80 - 7,50 (4)

7,22

### VOLUME

Não é menor que o volume declarado no rótulo - 5L (d= 1,1854 g/mL) (3)

5,08

### DOSAGEM - SODIO

97,50 - 102,5 mEq/L (3)

99,72

### DOSAGEM - POTASSIO

1,90 - 2,10 mEq/L (3)

1,97

### DOSAGEM - CALCIO

2,38 - 2,63 mEq/L (3)

2,44

### DOSAGEM - MAGNESIO

0,95 - 1,05 mEq/L (3)

1,01

### DOSAGEM - CLORETOS

100,23 - 110,78 mEq/L (3)

104,54

### DOSAGEM - ACIDO ACETICO

5,70 - 6,30 mmol/L (3)

5,78

### CONTAGEM MICROBIANA

Menor ou igual a 100 UFC/mL (3)

CONFORME