



Certificado de Qualidade

Folha : 001

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441

CNPJ: 55.643.555/0001-43

S. J. RIO PRETO / (17) 4009-4288

Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0520100402 - 16 - AGUA OXIGENADA 10VOL 100 ML ALM. TWIST OFF

Lote: 1803310

Fabricação: 05/2018

Validade: 05/2021

Ensaio		Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
ACIDEZ	MILILITRO	0,00	2,50	1.10
BARIO		NENHUMA TURBIDEZ OU PRECIPITADO E PRODUZIDO DENTRO DE 10 MINUTOS.		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		LIQUIDO INCOLOR, INODORO OU FRACO ODOR QUE LEMBRA OZONIO.		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	1,0000	1,0200	1.0103
IDENTIFICACAO		POSITIVA		POSITIVA
LIMITE DE PRESERVATIVO	MILIGRAMA	0,00	50,00	3.40
LIMITE DE RESIDUO NAO VOLATIL	MILIGRAMA	0,00	30,00	3.00
METAIS PESADOS		MAXIMO 5 PPM.		CONFORME ESPECIFICACAO
PH	ADMENSION	3,00	3,50	3.43
TEOR PRINCIPIO ATIVO	G/100ML	2,50	3,50	3.24
Ensaio		Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS		MAXIMO 2,0 X10(1) UFC/ML.		CONFORME ESPECIFICACAO
CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS AEROBIAS		MAXIMO 2,0 X 10(2) UFC/ML.		CONFORME ESPECIFICACAO
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1ML.		AUSENTE
STAPHYLOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENTE

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES ***

IURI VISQUETTO
Supervisor de Controle de Qualidade
CRF 74134