



Laboratoires

**ANIOS**

LABORATOIRE DE  
CONTRÔLE QUALITÉ

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. CARON

H.DEPOORTER

S.BAILLEUL

A.MOREIRA

T. DELGHEIER

## CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT** : *Bandelettes de contrôle  
pour Anioxyde 1000*

**PRODUCT** *Anioxyde 1000 control strips*

**LOT** : 205013

**BATCH NUMBER**

**Date d'analyse** : 02/07/2019

**Analysis date**

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions d'acide peracétique ajustées à 850 et à 900 ppm.

Verification of strips' efficacy using 850 and 900 ppm peracetic acid solutions.

Virage non homogène (traces ou points blancs) à 850 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.

No colour, quick colour disappearance (small points or coloured edge), within 10 seconds performed with 10 strips.

Virage homogène au noir à 900 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Homogenous positive answer at 900 ppm (dark colouring) within 10 seconds performed with 10 strips.

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCT CONFORMITY

**OUI**   
YES

**NON**   
NO

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

**Date d'émission**

Sending out date

24/07/2019

*Dr. Taís Monteiro Cardoso*  
Farmacêutica  
CRF/SP: 47.420

**Visa Technicien Qualité**  
Quality Technician Visa

*[Signature]*

**Visa Responsable Contrôle Qualité**  
Quality Control Manager Visa

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68  
SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 773 630 132 €

*[Signature]*

