

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT** : *Bandelettes de contrôle  
pour Anioxyde 1000*

**LOT** : 205018

BATCH NUMBER

**PRODUCT** *Anioxyde 1000 control strips*

Date d'analyse : 23/10/2019

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions d'acide peracétique ajustées à 850 et à 900 ppm.

Verification of strips' efficacy using 850 and 900 ppm peracetic acid solutions.

Virage non homogène (traces ou points blancs) à 850 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.

No colour, quick colour disappearance (small points or coloured edge), within 10 seconds performed with 10 strips.

Virage homogène au noir à 900 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Homogenous positive answer at 900 ppm (dark colouring) within 10 seconds performed with 10 strips.

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCT CONFORMITY

**OUI**   
YES

**NON**   
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission  
Sending out date  
23/10/2019

*ful*  
Dr. Tals Monteiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF/SP: 47.420

Visa Technicien Qualité  
Quality Technician Visa

*[Signature]*

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Quality Control Manager Visa

*[Signature]*

