

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A.MOREIRA

S.BAILLEUL

C. CARON

H. DEPOORTER

T. DELGEHIER

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle*
OPASTER ANIOS BR

LOT : 207005

BATCH NUMBER

PRODUCT *OPASTER ANIOS BR check strips*

Date d'analyse : 06/05/2019

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions d'Orthophthaldéhyde ajustées à 0,65%, 0,56% et à 0,53%.

Verification of strips' efficacy using 0.65%, 0.56% and 0.53% orthophthaldehyde solutions.

Contrôle du virage au rose avec des spots plus clairs (0,53%) (lecture après 1 minute) effectué sur 10 bandelettes.

Verification of negative answer at 0.53% (pink coloration with white spots - reading after 1 minute) performed with 10 strips.

CONFORME
CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

Contrôle du virage au rose foncé uniforme (0,56%) (lecture après 1 minute) effectué sur 10 bandelettes.

Verification of positive answer at 0.56% (evenly pink colouring - reading after 1 minute) performed with 10 strips.

CONFORME
CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

Contrôle du virage au rose foncé uniforme (0,65%) (lecture après 1 minute) effectué sur 10 bandelettes.

Verification of positive answer at 0.65% (evenly pink colouring - reading after 1 minute) performed with 10 strips.

CONFORME
CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

PRODUIT CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

Date d'émission
Sending out date
19/06/2019

Visa Technicien Qualité
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager Visa

COMERCIAL 3 ALBE LIDA.

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes

Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68

SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 773 630 132 €

