

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: WIP'ANIOS EXCEL**

**Lote: B07215S**

Data de Fabricação: 03/2019

Data de Validade: 03/2021

Data da Análise: 26/07/2019

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,0	7,0	6,3
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,98	1,02	1,01

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

**Resultado: Aprovado**

Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144



**Lea Aparecida Domingues Barreto**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable  
Manager  
J.FOSSE  
Techniciens  
Technicos  
Technicians  
M. DUFOUR  
L. FORTRIE  
S. MONSAURET  
T. LEURIDAN  
C. CARON  
H. DEPOORTER  
S. BAILLEUL  
A. MOREIRA  
T. DELGHEIER

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : WIP ANIOS EXCEL (solution)**

**LOT : B07215S**

PRODUCTO  
PRODUCT

LOTE  
BATCH NUMBER

Date de fabrication et d'analyse : 13/03/2019

Fecha de fabricación y análisis  
Production and analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,0	5,7	7,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,33	1,35
Densité (IS18) Densidad Density	0,98	1,00	1,02

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

**OUI**   
SI  
YES

**NON**   
NO  
NO

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
19/06/2019

Dr.ª Tais Monteiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF / SP: 47.420



Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

