

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: SURFA SAFE PREMIUM

Lote: B10629S

Data de Fabricação: 16/04/2019
Data de Validade: 16/04/2021

Data da Análise: 13/06/2019

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,0	7,0	6,3
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,34	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,01	1,00

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**

Tais Marçal Silva
Farmacêutica
CRF:94.928

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager
J.FOSSE
Techniciens
Técnicos
Technicians
M. DUFOUR
L. FORTRIE
S. MONSAURET
T. LEURIDAN
C.CARON
S BAILLEUL
H DEPOORTER
A.MOREIRA
T. DELGHEIER

CERTIFICAT D'ANALYSE
CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : SURFA SAFE PREMIUM

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : B10629S

LOTE
BATCH NUMBER

Date de fabrication et d'analyse : : 16/04/2019

Fecha de fabricación y análisis
Production and analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,0	6,4	7,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,33	1,34
Densité (IS18) Densidad Density	0,99	1,00	1,01

PRODUIT CONFORME
PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
SI
YES

NON
NO
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission
Fecha de emisión
Sending out date
15/05/2019

[Signature]
Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF / SP: 47.420

Visa Technicien Qualité
Visado Técnico Calidad
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa

[Signature]