

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A.MOREIRA

C.CARON

H DEPOORTER

S BAILLEUL

## CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOSYME SYNERGY 5**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : B14313S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse :23/05/2019

Fecha de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	7,0	8,0	9,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,36	1,38	1,41
Densité (IS18) Densidad Density	1,09	1,10	1,14
Activité Amylasique UA/ml/min(RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,01	0,04	
Activité Protéasique UP/ml/min (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,02	0,04	

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

**OUI**

SI  
YES

**NON**

NO  
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

05/06/2019

*Dr. Tatiana Monteiro Cardoso*  
Farmacêutica  
CRF/SQ: 47.420

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad

Quality Control Manager Visa

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes

Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68

SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 773 630 132 €

