

**PRODUTO: ANIOSYME SYNERGY 5**

**Lote: B23404S**

**Data de Fabricação: 08/2019**

**Data de Validade: 08/2021**

**Data da Análise: 06/11/2020**


<b>TESTES</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C</b>	<b>RESULTADOS</b>
pH MG - 01	7,0	9,0	8,5
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,36	1,41	1,37
DENSIDADE MG - 03	1,09	1,14	1,10
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido límpido Azulado	Líquido límpido Azulado	Conforme

*Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.*

**Resultado: Aprovado**

  
Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

  
Dra. Juliana Dantas Noveli Fischer  
CRF: 88598/SP  
JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER  
CRF/SP: 88598

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFQUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A.MOREIRA

C.CARON

H DEPOORTER

S BAILLEUL

## CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS

ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOSYME SYNERGY 5**

PRODUCTO

PRODUCT

**LOT : B23404S**

LOTE

BATCH NUMBER

Date d'analyse : 22/08/2019

Fecha de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	7,0	8,4	9,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,36	1,38	1,41
Densité (IS18) Densidad Density	1,09	1,10	1,14
Activité Amylasique UA/ml/min(RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,01	0,02	
Activité Protéasique UP/ml/min (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,02	0,03	

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI  
YES

NON

NO  
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
19/09/2019

*Jul*  
Dr. Tais Monzeiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF/SP: 47.420

Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa