

**PRODUTO: SURFA SAFE PREMIUM**

**Lote: C05006S**

**Data de Fabricação: 19/02/2020**

**Data de Validade: 19/02/2022**

**Data da Análise: 07/05/2020**

<b>TESTES</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C</b>	<b>RESULTADOS</b>
pH MG - 01	5,0	7,0	5,9
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,33	1,34	1,33
DENSIDADE MG - 03	0,99	1,01	1,01
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Límpido Transparente	Líquido Límpido Transparente	Conforme


*Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.*

**Resultado: Aprovado**

  
Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Dra. Juliana Dantas Noveli Fischer  
CRF/UF: 88598/SP

  
JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER  
CRF/SP: 88598

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. CARON

S BAILLEUL

H DEPOORTER

A. MOREIRA

T. DELGHEIER

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
**ANALYSIS CERTIFICATE**

**PRODUIT : SURFA SAFE PREMIUM**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : C05006S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date de fabrication et d'analyse : : 19/02/2020

Fecha de fabricación y análisis

Production and analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,0	6,4	7,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,33	1,34
Densité (IS18) Densidad Density	0,99	1,00	1,01

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI  
YES

NON

NO  
NO

Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

09/03/2020

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad

Quality Control Manager Visa