

PRODUTO: SURFANIOS PREMIUM NPC

Lote: **C24419S**

Data de Fabricação: 08/2020

Data de Validade: 08/2022


Data da Análise: 28/10/2020

TESTES	ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	10,5	11,5	11,5
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,34	1,37	1,34
DENSIDADE MG - 03	0,98	1,03	1,00
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Límpido Transparente	Líquido Límpido Transparente	Conforme


Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: *Aprovado*

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Dr. Juliana Dantas Noveli Fischer
CRF/UF: 88598/SP


JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER
CRF/SP: 88598

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager

J.FOSSE

Techniciens
Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. CARON

H. DEPOORTER

S. BAILLEUL

A. MOREIRA

T. DELGHEIER

CERTIFICAT D'ANALYSE
CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : SURFANIOS PREMIUM NPC

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : C24419S

LOTE
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 31/08/2020

Fecha de producción y de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	10,5	10,9	11,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,34	1,36	1,37
Densité (IS18) Densidad Density	0,98	1,01	1,03

PRODUIT CONFORME

PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI
YES



NON

NO
NO



Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

03/09/2020

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad

Quality Control Manager Visa