

PRODUTO: ANIOSGEL 85 NPC

Lote: **C25326S**

Data de Fabricação: 09/2020

Data de Validade: 08/2023

Data da Análise: 28/10/2020

| TESTES                         | ESPECIFICAÇÕES<br>Mínima<br>20°C | ESPECIFICAÇÕES<br>Máxima<br>20°C | RESULTADOS |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH (Tira Reagente)<br>MG - 02  | 4,7                              | 5,8                              | 5,0        |
| ÍNDICE DE REFRAÇÃO<br>MG - 04  | 1,35                             | 1,38                             | 1,35       |
| DENSIDADE<br>MG - 03           | 0,85                             | 0,88                             | 0,86       |
| VISCOSIDADE (MPA.S)<br>MG - 09 | 1000                             | 3000                             | 1307       |
| Aspecto/Aparência<br>MG - 06   | Líquido Viscoso<br>Transparente  | Líquido Viscoso<br>Transparente  | Conforme   |


Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**

Dra Lea Aparecida D Barreto  
Farmacêutica  
CRF SP 79144

  
LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Dra. Juliana Dantas Noveli Fischer  
CRF/UF: 88598/SP

  
JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER  
CRF/SP: 88598

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable  
Manager

J.FOSSE

Techniciens  
Technicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A. MOREIRA

C. CARON

H. DEPOORTER

S. BALLEUL

T. DELGHEIER

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
**ANALYSIS CERTIFICATE**

**LOT : C25326S**

LOTE  
BATCH NUMBER

**PRODUIT : ANIOSGEL 85 NPC**

PRODUCTO  
PRODUCT

Date de fabrication et d'analyse : 09/09/2020

Fecha de fabricación y análisis  
Production and analysis date

| ANALYSE (Méthode)<br>ANALISIS (Método)<br>ANALYSIS (Method)             | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Mini<br>(20°C) | RESULTAT<br>RESULTADO<br>RESULT<br>(20°C) | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Maxi<br>(20°C) |
|---|---|---|---|
| pH (Bandelettes 4 à 7)<br>(Bandeletas 4-7)<br>(Indicator strips 4 to 7) | 4,7   | 5,0                                       | 5,8   |
| Indice de réfraction (IS19)<br>Índice de refracción<br>Refractive index | 1,35  | 1,37                                      | 1,38  |
| Densité (IS18)<br>Densidad<br>Density                                   | 0,85  | 0,87                                      | 0,88  |
| Viscosité (mPa.s)(IS20)<br>Viscosidad<br>Viscosity                      | 1000  | 1450                                      | 3000  |

**PRODUIT CONFORME**

PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI   
SI  
YES

NON   
NO  
NO

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
22/09/2020

Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa

1, rue de l'Espoir 59260 LEZENNES - FRANCE  
T. +33 3 20 67 67 67 - F. +33 3 20 67 67 68 - [www.anios.com](http://www.anios.com)  
SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 656 204 591 €

