

RIOQUÍMICA S.A.

AV. TARRAF, 2590/2600 – JD. ANICE – CEP: 15057-441

CNPJ: 55.643.555/0001-43

S.J.R.P. – SP / (17) 4009 – 4288

Home-page: [www.rioquimica.com.br](http://www.rioquimica.com.br)

Produto.....: 0530100801 – Vaselina Sólida 30g

Lote.....: 1806061

Fabricação.....: 12/2018

Validade.....: 12/2021

| Ensaio                               | Un. Medida | Especificado<br>Mínimo   | Máximo | Resultado              |
|--------------------------------------|------------|--|--------|------------------------|
| Apresentação                         |            | Embalagem 30g  |        | Conforme especificação |
| Características                      |            | Massa incolor ou branca. Está livre de fluorescência na luz do dia.  |        | Conforme especificação |
| Solubilidade                         |            | Insolúvel em água, muito solúvel em cloreto de metileno, praticamente insolúvel em massa fundida com álcool.                                   |        | Conforme especificação |
| Identificação                        |            | Positiva   |        | Positiva               |
| Acidez ou Alcalinidade               |            | Não mais que 0,5 mL de Ácido Clorídrico 0,01 M é necessário para alterar a cor do indicador para vermelho.                                     |        | Conforme especificação |
| Sulfatos                             |            | Máximo 150 ppm   |        | Conforme especificação |
| Hidrocarbonetos Policíclicos         | Aromáticos | Em comprimento de onda de 265 nm até 420 nm a absorbância da solução de teste não seja superior a um terço da solução de referência em 278 nm. |        | Conforme especificação |
| Peso médio                           | Gramas     | 30,00  | 32,70  | 30,00                  |
| Conservação                          |            | Conservar em recipiente bem fechado, em temperatura ambiente (15-30°C), protegido da luz e umidade.  |        | Conforme especificação |
| Análise visual da embalagem final    |            | Conforme especificação   |        | Conforme especificação |
| Contagem Total de Bactérias Aeróbias | UFC/g      | Máximo $2,0 \times 10^2$   |        | Conforme especificação |
| Contagem de Bolores e Leveduras      | UFC/g      | Máximo $2,0 \times 10^1$   |        | Conforme especificação |
| <i>Staphylococcus aureus</i>         | 1 g        | Ausência   |        | Ausente                |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>        | 1 g        | Ausência   |        | Ausente                |

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRIÇÕES \*\*\*

Este documento é uma reprodução eletrônica do original e é válido sem assinatura.  
O documento original assinado encontra-se em poder da RIOQUÍMICA S.A.

Priscila Sotelo Pião  
Responsável Controle de Qualidade  
CRF 67243/SP