laboratoires
ANIOS

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE
Responsable
Manager
J.FOSSE
Techniciens
Technicians
M. DUFOUR
L. FORTRIE
S. MONSAURET
T. LEURIDAN
A.MOREIRA
C.CARON
H. DEPOORTER
S.BAILLEUL
T. DELGEHIER

CERTIFICAT D'ANALYSE
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle pour Stéranios (2%-2%NG-2%ECS)* **LOT** : 202011
BATCH NUMBER

PRODUCT *Stéranios control strips*

Date d'analyse :03/05/2019
Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions de Glutaraldéhyde ajustées à 1,5%, 1,8% et à 2,0%.
Verification of strips' efficacity using 1,5% 1.8% and 2,0% Glutaraldehyde solutions.

Contrôle du virage à la couleur rose orange (1,5%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.
Verification of negative answer at 1,5% (Pink orange colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (1,8%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.
Verification of positive answer at 1,8% (Evenly pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (2,0%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.
Verification of positive answer at 2,0% (Evenly pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

PRODUIT CONFORME **OUI** ☒ **NON** ☐
PRODUCT CONFORMITY **YES** **NO**

Date d'émission
Sending out date
21/05/2019

Visa Technicien Qualité
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Quality Control ManagerVisa

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 773 630 132 €