CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: *STERANIOS 2%*

Lote: *B113.02AR*

Data de Fabricação: 04/2019
Data de Validade: 04/2021

Data da Análise:12/06/2019

TESTES	ESPECIFICAÇÕES *mínima 20ºC*	ESPECIFICAÇÕES *máxima 20ºC*	RESULTADOS
pH *MG – 01*	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração *MG – 04*	1,33	1,35	1,33
Densidade *MG – 03*	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) *MG – 08*	1,80	2,20	2,00

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: ***Aprovado***

Tais Marçal Silva
Farmacêutica
CRF:94928

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

www.3albe.com.br

Tel (11) 5519-4022 - Fax (11) 5511-5120
sac@3albe.com.br
Av. Jacobus Baldi, 745 - Jardim Iracema - São Paulo - SP - CEP 05847-000
CNPJ 74.400.052/0001-91 • Inscrição Estadual 113.989.470.110

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494

www.lectus.com.ar

LECTUS
Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *B113.02AR*
LOT

Fecha del análisis: 23/04/2019
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,06	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI [X]
OUI

NO [ ]
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 04/2021

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

23/04/2019
Fecha de emisión
Date d'émission

Dr.ª Taís Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF/SP: 47.420

Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualite Lectus
Farm. Mariana A. Valicer
DIRECTORA TECNICA
M.P. 16.773

Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualite Anios