OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494

LECTUS
Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *B170.03AR*
LOT

Fecha del análisis: 19/06/2019
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,15	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI [X]
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 06/2021

19/06/2019
Fecha de emisión
Date d'emission

Dr.ª Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SP: 47.420

Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus
Farm. Mariana A. Valdez
DIRECTORA TÉCNICA
M.P. 16.173

Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.