

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: B172.02AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**21/06/2019**

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
<b>pH</b>	<b>5,5</b>	<b>6,0</b>	<b>6,5</b>
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,35</b>
<b>Densidad</b> Densité	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,02</b>
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	<b>1,80</b>	<b>2,15</b>	<b>2,20</b>

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI  X  
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 06/2021**

**21/06/2019**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*for*  
Dr. Tais Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SQ: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus  
Fanny Mazzanti R. Vialini  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
M.P. 19.779

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**