



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: **C33811S**

Data de Fabricação: 12/2020

Data de Validade: 12/2022

Data da Análise: 12/03/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	6,0
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,33	1,35	1,33
DENSIDADE MG - 03	0,99	1,02	1,00
TEOR GLUTARALDEÍDO (%) MG - 08	1,80	2,20	2,08
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Límpido Verde	Líquido Límpido Verde	Conforme

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**

Dra Lea Aparecida D Barreto  
Farmacêutica  
CRF SP 79144 *lea*

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Dra. Juliana Dantas Novelli Fischer  
CRF/UF: 88598/SP

*Juliana Fischer*  
JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER  
CRF/SP: 88598

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
**ANALYSIS CERTIFICATE**

**PRODUIT : STERANIOS 2%**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : C33811S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 03/12/2020

Fecha de producción y de análisis  
Analysis date

<b>ANALYSE (Méthode)</b> ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	<b>SPECIFICATION</b> Especificación Mini (20°C)	<b>RESULTAT</b> RESULTADO RESULT (20°C)	<b>SPECIFICATION</b> Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,5	6,0	6,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,34	1,35
Densité (IS18) Densidad Density	0,99	1,01	1,02
Glutaraldéhyde (%) (IS03) Glutaraldehido Glutaraldehyde	1,80	1,97	2,20

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

**OUI**   
SI  
YES

**NON**   
NO  
NO

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
16/02/2021

Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa