



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: STERANIOS 2%**  
**Lote: C34221S**  
**Data de Fabricação: 12/2020**  
**Data de Validade: 12/2022**

**Data da Análise: 12/03/2021**

| <b>TESTES</b>                     | <b>ESPECIFICAÇÕES<br/>Mínima<br/>20°C</b> | <b>ESPECIFICAÇÕES<br/>Máxima<br/>20°C</b> | <b>RESULTADOS</b> |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| pH<br>MG - 01                     | 5,5                                       | 6,5                                       | 6,0               |
| ÍNDICE DE REFRAÇÃO<br>MG - 04     | 1,33                                      | 1,35                                      | 1,33              |
| DENSIDADE<br>MG - 03              | 0,99                                      | 1,02                                      | 1,00              |
| TEOR GLUTARALDEÍDO (%)<br>MG - 08 | 1,80                                      | 2,20                                      | 1,99              |
| Aspecto/Aparência<br>MG - 06      | Líquido Límpido<br>Verde                  | Líquido Límpido<br>Verde                  | Conforme          |

*Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.*

**Resultado: Aprovado**

Dra Lea Aparecida D Barreto  
Farmacêutica  
CRF SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Dra Juliana Dantas Novelli Fischer  
CRF/SP: 88598/SP

JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER  
CRF/SP: 88598

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
**ANALYSIS CERTIFICATE**
**PRODUIT : STERANIOS 2%**

 PRODUCTO  
 PRODUCT

**LOT : C34221S**

 LOTE  
 BATCH NUMBER

Date d'analyse : 07/12/2020

Fecha de producción y de análisis

Analysis date

| ANALYSE (Méthode)<br>ANALISIS (Método)<br>ANALYSIS (Method)             | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Mini<br>(20°C) | RESULTAT<br>RESULTADO<br>RESULT<br>(20°C) | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Maxi<br>(20°C) |
|---|---|---|---|
| pH (IS21)   | 5,5   | 6,0                                       | 6,5   |
| Indice de réfraction (IS19)<br>Índice de refracción<br>Refractive index | 1,33  | 1,34                                      | 1,35  |
| Densité (IS18)<br>Densidad<br>Density                                   | 0,99  | 1,01                                      | 1,02  |
| Glutaraldéhyde (%) (IS03)<br>Glutaraldehido<br>Glutaraldehyde           | 1,80  | 1,97                                      | 2,20  |

**PRODUIT CONFORME**  
 PRODUCTO CONFORME  
 PRODUCT CONFORMITY

**OUI**   
 SI  
 YES

**NON**   
 NO  
 NO

 Date d'émission  
 Fecha de emisión  
 Sending out date  
 16/02/2021

 Visa Technicien Qualité  
 Visado Técnico Calidad  
 Quality Technician Visa

 Visa Responsable Contrôle Qualité  
 Visado Responsable Control calidad  
 Quality Control Manager Visa