

PRODUTO: ANIOSYME X3

Lote: C34318S

Data de Fabricação: 12/2020

Data de Validade: 12/2022

Data da Análise: 12/03/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	6,0	9,5	6,0
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,39	1,41	1,39
DENSIDADE MG - 03	1,03	1,07	1,05
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido límpido Azul	Líquido límpido Azul	Conforme


Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: Aprovado

Dra. Lea Aparecida D Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Dra. Juliana Dantas Novelli Fischer
CRF/SP: 88598


JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER
CRF/SP: 88598

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE
Responsable
Manager
A.ROGEE

PRODUIT : ANIOSYME X3

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : C34318S

LOTE
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 08/12/2020

Fecha de análisis
Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	6,0	8,4	9,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,39	1,40	1,41
Densité (IS18) Densidad Density	1,03	1,05	1,07
Activité Amylasique UA/ml/min(RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,010	0,030	
Activité Protéasique UP/ml/min (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,050	0,050	

PRODUIT CONFORME
PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
SI
YES

NON
NO
NO

Date d'émission
Fecha de emisión
Sending out date
13/01/2021

Visa Technicien Qualité
Visado Técnico Calidad
Quality Technician Visa



Visa Responsable Contrôle Qualité
Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa

