

PRODUTO: ANIOS RL

Lote: **D00803S**

Data de Fabricação: 01/2021

Data de Validade: 01/2024

Data da Análise: 25/03/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C	RESULTADOS
pH (Tira Reagente) MG - 02	6,0	8,0	7,5
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,35	1,37	1,35
DENSIDADE MG - 03	1,00	1,03	1,01
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Viscoso Transparente	Líquido Límpido Transparente	Conforme

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: *Aprovado*

Dra Lea Aparecida D Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144
Lea

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Dra. Juliana Dantas Noveli Fischer
CRF/UF: 88598/SP

Juliana Fischer
JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER
CRF/SP: 88598

CERTIFICAT D'ANALYSE
CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : ANIOS RL

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : D00803S

LOTE
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 08/01/2021

Fecha de producción y de análisis
Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH 0,2% (IS21)	6,0	7,4	8,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,35	1,37	1,37
Densité (IS18) Densidad Density	1,00	1,01	1,03

PRODUIT CONFORME
PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
SI
YES

NON
NO
NO

Date d'émission

Fecha de emisión
Sending out date
16/02/2021

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad
Quality Technoician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa