

PRODUTO: STERANIOS 2%
Lote: D021.01AR
Data de Fabricação: 01/2021
Data de Validade: 01/2023

Data da Análise: 14/05/2021

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C | ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C | RESULTADOS |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04 | 1,33 | 1,35 | 1,35 |
| DENSIDADE MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| TEOR GLUTARALDEÍDO (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 1,88 |
| Aspecto/Aparência MG - 06 | Líquido Límpido Verde | Líquido Límpido Verde | Conforme |

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: Aprovado

Dra Lea Aparecida D Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Karina Eliana de Souza
Farmacêutica Responsável
CRF SP 32232

KARINA ELIANA DE SOUZA
CRF/SP: 32232

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: D021.01AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

21/01/2021

| ANÁLISIS ANALYSE | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,11 | 6,5 |
| Índice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,00 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 01/2023

21/01/2021
Fecha de emisión
Date d'émission


Andrés Parales Flores
Farmacéutico
MP N° 18880
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anlos
Contrôle de Qualité Anlos