

PRODUTO: STERANIOS 2%
Lote: D049.01AR
Data de Fabricação: 02/2021
Data de Validade: 02/2023

Data da Análise: 24/05/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,5
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,33	1,35	1,34
DENSIDADE MG - 03	0,99	1,02	1,00
TEOR GLUTARALDEÍDO (%) MG - 08	1,80	2,20	1,95
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Límpido Verde	Líquido Límpido Verde	Conforme

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**

Dra. Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Dra. Juliana Dantas Noveli Fischer
CRF/UF: 88598/SP

Juliana Fischer
JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER
CRF/SP: 88598

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: D049.01AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

18/02/2021

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	5,9	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,90	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 02/2023

18/02/2021
Fecha de emisión
Date d'émission


Andrés Paredes Flores
Farmacéutico
M.P.N. 19388

Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios