

PRODUTO: STERANIOS 2%
Lote: D050.04AR
Data de Fabricação: 02/2021
Data de Validade: 02/2023

Data da Análise: 24/05/2021

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C | ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C | RESULTADOS |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04 | 1,33 | 1,35 | 1,34 |
| DENSIDADE MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| TEOR GLUTARALDEÍDO (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 2,04 |
| Aspecto/Aparência MG - 06 | Líquido Límpido Verde | Líquido Límpido Verde | Conforme |

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.


Resultado: Aprovado

Dra Lea Aparecida D Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144



LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Dra. Juliana Dantas Noveli Fischer
CRF/SP: 88598/SP



JULIANA DANTAS NOVELI FISCHER
CRF/SP: 88598

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *D050.04AR*
LOT

Fecha del análisis: 19/02/2021
Date d'analyse

| ANÁLISIS ANALYSE | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO |
|--|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
| Índice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 1,90 | 2,20 |


PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 02/2023

19/02/2021
Fecha de emisión
Date d'émission


Andrés Paredes Flores
Farmacéutico
MPN° 68880
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios