

PRODUTO: STERANIOS 2%
Lote: D102.03AR
Data de Fabricação: 04/2021
Data de Validade: 04/2023

Data da Análise: 03/06/2021

TESTES	ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,5
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,33	1,35	1,34
DENSIDADE MG - 03	0,99	1,02	1,01
TEOR GLUTARALDEÍDO (%) MG - 08	1,80	2,20	1,87
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Límpido Verde	Líquido Límpido Verde	Conforme

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: Aprovado

Hellen Nascimento Ramos

HELLEN NASCIMENTO RAMOS
Analista de Controle de Qualidade

Dra Lea Aparecida D Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144 *lea*

LEA APARECIDA DOMINGUES
CRF/SP: 79144

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *D102.03AR*
LOT

Fecha del análisis: 12/04/2021
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,07	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 04/2023

12/04/2021
Fecha de emisión
Date d'émission


Andrés Paredes Flores
Farmacéutico
MP N° 18880
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios