



Laboratoires

ANIOS

LABORATOIRE DE
CONTRÔLE QUALITÉ

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. CARON

H.DEPOORTER

S.BAILLEUL

A.MOREIRA

T. DELGHEIER

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle
pour Anioxyde 1000*

LOT : 205015

BATCH NUMBER

PRODUCT *Anioxyde 1000 control strips*

Date d'analyse : 08/08/2019

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions d'acide peracétique ajustées à 850 et à 900 ppm.

Verification of strips' efficacy using 850 and 900 ppm peracetic acid solutions.

Virage non homogène (traces ou points blancs) à 850 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.

No colour, quick colour disappearance (small points or coloured edge), within 10 seconds performed with 10 strips.

Virage homogène au noir à 900 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Homogenous positive answer at 900 ppm (dark colouring) within 10 seconds performed with 10 strips.

PRODUIT CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission

Sending out date

08/08/2019

J.Fosse
Dr^o Tais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF/SP: 47.420

Visa Technicien Qualité
Quality Technician Visa

T. Leuridan

Visa Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager Visa

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes
Tél. +33 3 20 67 67 68 - Fax : +33 3 20 67 67 68
SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 773 630 132 €

J.Fosse

