



Certificado de Qualidade

SIGA/U_QIP215C2

Folha : 001

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441

CNPJ: 55.643.555/0001-43

S. J. RIO PRETO / (17) 4009-4288

Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0540300015 - 01 - RIOCARE FOAM 260 ML

Lote: 2000766

Fabricação: 03/2020

Validade: 03/2023

Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Mínimo	Maximo	
ANALISE VISUAL DA EMBALAGEM FINAL		ATENDER OS REQUISITOS DESCRITOS NO ITEM 2.7		CONFORME ESPECIFICACAO
APRESENTACAO		EMBALAGEM PLASTICA DE 260 mL.		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		LIQUIDO LIMPIDO, TRANSPARENTE E ODOR CARACTERISTICO.		CONFORME ESPECIFICACAO
CONSERVACAO		CONSERVAR O PRODUTO EM TEMPERATURA AMBIENTE (15 - 30°C)		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	0,8600	0,9500	0.9494
PH	ADMENSION	6,90	8,90	8.22
TEOR DE ALCOOL	Porcentag	70,00	72,00	71.20
TESTE DE ESPUMA		A ESPUMA TEM QUE ESTAR FIRME E NAO ESCORRER NA PALMA DA MAO.		CONFORME ESPECIFICACAO
VOLUME MEDIO	MILILITRO	260,00	269,00	260.00
Ensaio	Un. Medid	Especificado Mínimo Maximo		Resultado
COLIFORMES TOTAIS E FECAIS		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENTE
CONT. DE MICROORGANISMOS TOTAIS AEROBIOS		MAXIMO 5,0 x 10(3) UFC/ML.		CONFORME ESPECIFICACAO
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENTE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENTE

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES ***

LAUDO DE ANÁLISE

Conferido Por: _____

() Aprovado () Reprovado

Data: ___/___/___

Supervisor CQ: _____