

**PRODUTO: STERANIOS 2%**  
**Lote: D20207S**  
**Data de Fabricação: 07/2021**  
**Data de Validade: 07/2023**

**Data da Análise: 06/10/2021**

<b>TESTES</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C</b>	<b>RESULTADOS</b>
pH MG - 01	5,5	6,5	6,1
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,33	1,35	1,33
DENSIDADE MG - 03	0,99	1,02	1,00
TEOR GLUTARALDEÍDO (%) MG - 08	1,80	2,20	1,90
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Límpido Verde	Líquido Límpido Verde	Conforme

*Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.*

**Resultado: Aprovado**

  
Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

  
HELLEN NASCIMENTO RAMOS  
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
**ANALYSIS CERTIFICATE**

**PRODUIT : STERANIOS 2%**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : D20207S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 21/07/2021

Fecha de producción y de análisis  
Analysis date

<b>ANALYSE (Méthode)</b> ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	<b>SPECIFICATION</b> Especificación Mini (20°C)	<b>RESULTAT</b> RESULTADO RESULT (20°C)	<b>SPECIFICATION</b> Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,5	6,0	6,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,34	1,35
Densité (IS18) Densidad Density	0,99	1,01	1,02
Glutaraldéhyde (%) (IS03) Glutaraldehído Glutaraldehyde	1,80	2,00	2,20

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY


**OUI**   
SI  
YES

**NON**   
NO  
NO

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
14/09/2021

Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa



OPDC



ALRO