



Certificado de Análise de Produto Acabado			
Nome do Produto: PIELSANA POLIHEXANIDA GEL 100 G			
N° de Lote: 027/22		Fabricação: 01/2022	Validade: 01/2024
Parâmetros Físico-Químicos	Especificações	Métodos	Resultados
Aspecto físico	Líquido viscoso e translúcido	Interno	Conforme
Cor	Incolor	Interno	Conforme
Odor	Inodoro	Interno	Conforme
pH	5,5 – 7,5	Interno	6,3
Acidez	Na	Na	Na
Saponificação	Na	Na	Na
Densidade	1,000 – 1,040	Interno	1,002 g/ml
Viscosidade (mPa.s)	Resultado obtido na faixa de 20 à 90% (Fundo de escala padrão)	Interno	1,732386 mPa.s 57.7% 24.1°C
Microbiologia	Parâmetros	Métodos	Resultados
Contagem de Bactérias Mesófilos Totais Aeróbios	Max 5 x 10 ³ UFC/g	USP 43 NF 38:2020<61>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Contagem de Bolores e Leveduras	Max 5 x 10 ² UFC/g	USP 43 NF 38:2020<61>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbicos	Max 5 x 10 ³ UFC/g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa Pseudomonas Aeruginosa	Ausente em 1g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa Staphylococcus Aureus	Ausente em 1g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa Candida Albicans	Na	Na	Na
Pesquisa Escherichia Coli	Ausente em 1 g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa de Coliformes Totais e Fecais	Na	Na	Na
Matérias Primas sujeitas a restrições	Especificações	Métodos	Resultados
Na	Na	Na	Na
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO		<input type="checkbox"/> REPROVADO	
Data de Início: 08/01/2022		Data de Término: 18/01/2022	
Analista Controle da Qualidade		Gerente da Qualidade	
Nome: Vanilda Fernandes		Alessandra Sanchez	
Assinatura: 			

DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br