



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: STERANIOS 2%**  
**Lote: D27501S**  
**Data de Fabricação: 10/2021**  
**Data de Validade: 10/2023**

**Data da Análise: 17/01/2022**

| <b>TESTES</b>                     | <b>ESPECIFICAÇÕES<br/>Mínima<br/>20°C</b> | <b>ESPECIFICAÇÕES<br/>Máxima<br/>20°C</b> | <b>RESULTADOS</b> |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| pH<br>MG - 01                     | 5,5                                       | 6,5                                       | 6,0               |
| ÍNDICE DE REFRAÇÃO<br>MG - 04     | 1,33                                      | 1,35                                      | 1,33              |
| DENSIDADE<br>MG - 03              | 0,99                                      | 1,02                                      | 1,00              |
| TEOR GLUTARALDEÍDO (%)<br>MG - 08 | 1,80                                      | 2,20                                      | 1,88              |
| Aspecto/Aparência<br>MG - 06      | Líquido Límpido<br>Verde                  | Líquido Límpido<br>Verde                  | Conforme          |

*Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.*

**Resultado: Aprovado**

  
Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

  
HELLEN NASCIMENTO RAMOS  
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : STERANIOS 2%**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : D27501S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 02/10/2021

Fecha de producción y de análisis  
Analysis date

| ANALYSE (Méthode)<br>ANALISIS (Método)<br>ANALYSIS (Method)             | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Mini<br>(20°C) | RESULTAT<br>RESULTADO<br>RESULT<br>(20°C) | SPECIFICATION<br>Especificación<br>Maxi<br>(20°C) |
|---|---|---|---|
| pH (IS21)   | 5,5   | 6,0                                       | 6,5   |
| Indice de réfraction (IS19)<br>Índice de refracción<br>Refractive index | 1,33  | 1,34                                      | 1,35  |
| Densité (IS18)<br>Densidad<br>Density                                   | 0,99  | 1,01                                      | 1,02  |
| Glutaraldéhyde (%) (IS03)<br>Glutaraldehido<br>Glutaraldehyde           | 1,80  | 1,99                                      | 2,20  |

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI   
SI  
YES

NON   
NO  
NO

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
14/12/2021

Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa

  
AUIRO

  
ALRO