



## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: STERANIOS 2%**  
**Lote: D28103S**  
**Data de Fabricação: 10/2021**  
**Data de Validade: 10/2023**

**Data da Análise: 17/01/2022**

<b>TESTES</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C</b>	<b>RESULTADOS</b>
pH MG - 01	5,5	6,5	6,0
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,33	1,35	1,33
DENSIDADE MG - 03	0,99	1,02	1,01
TEOR GLUTARALDEÍDO (%) MG - 08	1,80	2,20	1,90
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido Límpido Verde	Líquido Límpido Verde	Conforme

*Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.*

**Resultado: Aprovado**

*Lea*  
Dra Lea Aparecida D Barreto  
Farmacêutica  
CRF SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

*Hellen Nascimento Ramos*  
HELLEN NASCIMENTO RAMOS  
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
**CERTIFICADO DE ANALISIS**  
**ANALYSIS CERTIFICATE**

**PRODUIT : STERANIOS 2%**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : D28103S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 08/10/2021

Fecha de producción y de análisis  
Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	5,5	6,0	6,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,34	1,35
Densité (IS18) Densidad Density	0,99	1,01	1,02
Glutaraldéhyde (%) (IS03) Glutaraldehido Glutaraldehyde	1,80	1,98	2,20

**PRODUIT CONFORME**  
 PRODUCTO CONFORME  
 PRODUCT CONFORMITY

**OUI**   
 SI  
 YES

**NON**   
 NO  
 NO

Date d'émission  
 Fecha de emisión  
 Sending out date  
 14/12/2021

Visa Technicien Qualité  
 Visado Técnico Calidad  
 Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
 Visado Responsable Control calidad  
 Quality Control Manager Visa

  
 AURELINE

  
 ALRO