

PRODUTO: ANIOSYME X3

Lote: **D26603S**

Data de Fabricação: 09/2021

Data de Validade: 09/2023

Data da Análise: 17/02/2022

TESTES	ESPECIFICAÇÕES Mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES Máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	6,0	9,5	6,9
ÍNDICE DE REFRAÇÃO MG - 04	1,39	1,41	1,39
DENSIDADE MG - 03	1,03	1,07	1,06
Aspecto/Aparência MG - 06	Líquido límpido Azul	Líquido límpido Azul	Conforme

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: *Aprovado*

Lea
Dra Lea Aparecida D Barreto
Farmacêutica
CRF SP 79144

Hellen Nascimento Ramos

HELLEN NASCIMENTO RAMOS
Analista de Controle de Qualidade

LEA APARECIDA DOMINGUES
CRF/SP: 79144

CERTIFICAT D'ANALYSE
CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : ANIOSYME X3

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : D26603S

LOTE
BATCH NUMBER

Date de fabrication et d'analyse : 23/09/2021

Fecha de fabricación y análisis

Production and analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	6,0	8,3	9,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,39	1,40	1,41
Densité (IS18) Densidad Density	1,03	1,05	1,07

PRODUIT CONFORME

PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI

SI
YES

NON

NO
NO

Date d'émission

Fecha de emisión

Sending out date

30/11/2021

Visa Technicien Qualité

Visado Técnico Calidad

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Visado Responsable Control calidad

Quality Control Manager Visa

1, rue de l'Espoir 59260 LEZENNES - FRANCE

T. +33 3 20 67 67 67 - F. +33 3 20 67 67 68 - www.anios.com

SIREN N° 823 326 061 - S.A.S. au capital de 656 204 591 €


OPDC


ALRO

