

Certificado de Análise de Produto AcabadoNome do Produto: **PIELSANA SACHET GAZE 7,5 CM X 7,5 CM**N° de Lote: **124/22**Fabricação: **03/2022**Validade: **03/2024**

Parâmetros Físico-Químicos	Especificações	Métodos	Resultados
Aspecto físico	Líquido Oleoso e límpido	Interno	Conforme
Cor	Levemente amarelado	Interno	Conforme
Odor	Característico	Interno	Conforme
pH	Na	Na	Na
Acidez	Máximo 1,6	Interno	0,4 mg KOH/g
Saponificação	205 - 215	Interno	206,73 mg KOH/g
Densidade	0,920 – 0,940	Interno	0,923 g/ml
Viscosidade (mPa.s)	Resultado obtido na faixa de 20 à 90% (Fundo de escala padrão)	Interno	39,1 mPa.s 43.1 % 25.1°C

Microbiologia	Parâmetros	Métodos	Resultados
Contagem de Bactérias Mesófilos Totais Aeróbios	Max 5 x 10 ³ UFC/g	USP 43 NF 38:2020<61>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Contagem de Bolores e Leveduras	Max 5 x 10 ² UFC/g	USP 43 NF 38:2020<61>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbicos	Max 5 x 10 ³ UFC/g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa Pseudomonas Aeruginosa	Ausente em 1g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa Staphylococcus Aureus	Ausente em 1g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa Candida Albicans	Na	Na	Na
Pesquisa Escherichia Coli	Ausente em 1 g	USP 43 NF 38:2020<62>	<1,00 X 10 ¹ UFC/g
Pesquisa de Coliformes Totais e Fecais	Na	Na	Na

Matérias Primas sujeitas a restrições	Especificações	Métodos	Resultados
Na	Na	Na	Na

 APROVADO REPROVADO

Data de Início: 03/03/2022

Data de Término: 15/03/2022

Analista Controle da Qualidade

Gerente da Qualidade

Nome: Vanilda Fernandes

Alessandra Sanchez

Assinatura:

DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br