

RIOQUIMICA S.A
 AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441 CNPJ: 55.643.555/0001-43
 S. J. RIO PRETO / (17) 4009-4288
 Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0510105269 - 00 - RIALCOOL 70 FOAM 225ML RETANGULAR
 Lote: 2103575
 Fabricação: 11/2021
 Validade: 11/2023

Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
ANALISE VISUAL DA EMBALAGEM FINAL		ATENDER OS REQUISITOS DESCRITOS NO ITEM 2.8.		CONFORME ESPECIFICACAO
APRESENTACAO		EMBALAGEM PLASTICA DE 225 ML		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		LIQUIDO LIMPIDO, TRANSPARENTE E ODORE CARACTERISTICO.		CONFORME ESPECIFICACAO
CONSERVACAO		CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C)		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	0,8600	0,8900	0.8634
IDENTIFICACAO		POSITIVA		POSITIVA
PH	ADMENSION	6,90	8,90	7.63
TEOR POR PESO	Porcentag	70,00	73,50	71.47
TESTE ESPUMA - 1		A REDUCAO DO VOLUME TOTAL DE ESPUMA TEM QUE SER NO MAXIMO A 10%.		CONFORME ESPECIFICACAO
TESTE ESPUMA 2		A ESPUMA TEM QUE ESTAR BEM FORMADA E O VOLUME PRODUZIDO TEM QUE SER NO MINIMO 40 ML.		CONFORME ESPECIFICACAO
VOLUME MEDIO	MILILITRO	225,00	234,00	225.00
Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS		MAXIMO 2,0 x 10(1) UFC/ML.		<10
CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS AEROBIAS		MAXIMO 2,0 x 10(2) UFC/ML.		<10
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1ML.		AUSENCIA EM 1ML
STAPHYLOCOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1ML.		AUSENCIA EM 1ML

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES ***

MAIRA LIMA GONCALEZ VIGNA
Supervisor de Controle de Qualidade
CRF 80660