



CERTIFICADO DE ANÁLISES

ANIOXYDE 1000

LOT.: E04518S
FAB.: 14/02/2022
VAL.: 12 Meses

ANÁLISES

PARÂMETROS ANALISADOS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS	MÉTODO ECOLAB
<u>GERADOR</u>			
pH, 20°C	7,0 - 9,0	8,2	MG-01
Índice de Refração, 20°C	1,3348 - 1,3356	1,3350	MG-04
Densidade (g/cm ³), 20°C	1,008 - 1,016	1,012	MG-03
Teor H ₂ O ₂ (%), 20°C	2,90 - 3,20	3,02	MG-07
<u>ATIVADOR (Lote: E03408S)</u>			
pH (tira reagente 4 a 7)	5,0 - 6,5	5,5	MG-02
Aspecto, 20°C	Líquido Límpido Alaranjado	Conforme	MG-06
Índice de Refração, 20°C	1,4300 - 1,4600	1,4507	MG-04

CAMILA BAPTISTA BUENO
FREDERICCE:31273085825

Digitally signed by CAMILA BAPTISTA BUENO
FREDERICCE:31273085825
Date: 2020.10.29 14:07:44 -03'00'

Camila Fredericce
Responsável Técnico
CRQ 04363560

ECOLAB QUÍMICA LTDA.
AVENIDA GUPÊ, 10933 --- 06422-120 --- BARUERI --- SP --- BRASIL