

Certificado de Análise de Produto Acabado

Nome do Produto: **PIELSANA SACHET GAZE 7,5 CM X 7,5 CM**

Nº de Lote: **492/22**

Fabricação: **07/2022**

Validade: **07/2024**

Parâmetros Físico-Químicos	Especificações	Métodos	Resultados
Aspecto físico	Líquido Oleoso e límpido	Interno	Conforme
Cor	Levemente amarelado	Interno	Conforme
Odor	Característico	Interno	Conforme
pH	Na	Na	Na
Acidez	Máximo 1,6	Interno	0,5 mg KOH/g
Saponificação	205 - 215	Interno	210,0 mg KOH/g
Densidade	0,920 – 0,940	Interno	0,929 g/ml
Viscosidade (mPa.s)	Resultado obtido na faixa de 20 à 90% (Fundo de escala padrão)	Interno	48,3 mPa.s 43,1 % 22,1°C

Microbiologia	Parâmetros	Métodos	Resultados
Contagem de Bactérias Mesófilos Totais Aeróbios	Max 5 x 10 ² UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	< 10 UFC/g
Contagem de Bolores e Leveduras	Max 5 x 10 ² UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	< 10 UFC/g
Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbios	Max 5 x 10 ² UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	< 10 UFC/g
Pesquisa Pseudomonas Aeruginosa	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Staphylococcus Aureus	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Candida Albicans	Na	Na	Na
Pesquisa de Coliformes Totais e Fecais	Na	Na	Na

Matérias Primas sujeitas a restrições	Especificações	Métodos	Resultados
Na	Na	Na	Na

APROVADO

REPROVADO

Data de Início: 30/07/2022

Data de Término: 04/08/2022

Analista Controle da Qualidade	Gerente da Qualidade
Nome: Vanilda Fernandes	Alessandra Sanchez
Assinatura: 	