



Certificado de Qualidade

SIGA/U_QIP215C2
Folha : 001

RIOQUIMICA S.A
AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441 CNPJ: 55.643.555/0001-43
S. J. RIO PRETO / (17) 4009-4288
Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0510300307 - 06 - RIOHEX 0,2 DERMO SUAVE 1L
Lote: 2203743
Fabricação: 09/2022
Validade: 09/2024

Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
ANALISE VISUAL DA EMBALAGEM FINAL		ATENDER OS REQUISITOS DESCRITOS NO ITEM 2.10.		CONFORME ESPECIFICACAO
APRESENTACAO		EMBALAGEM PLASTICA DE 1 L.		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, COM ODOR CARACTERISTICO.		CONFORME ESPECIFICACAO
CONSERVACAO		CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C).		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	0,9900	1,0100	1.0058
IDENTIFICACAO		POSITIVA.		POSITIVA
LIMITE DE p-CLOROANILINA		< 1 (EQUIVALENTE 500 ppm).		CONFORME ESPECIFICACAO
PH	ADMENSION	5,00	7,00	6.42
TEOR DE CLOREXIDINA	Porcentag	90,00	110,00	100.34
VOLUME MEDIO	LITRO	1,000	1,015	1.000
Ensaio	Un. Medid	Especificado Minimo Maximo		Resultado
COLIFORMES TOTAIS E FECAIS		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENCIA EM 1ML
CONTAGEM DE MICRO MESOFILOS TOTAIS AEROB		MAXIMO 5,0 x 10(2) UFC/ML.		<500
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENCIA EM 1ML
STAPHYLOCOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENCIA EM 1ML
Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES ***				

LAUDO DE ANÁLISE

Conferido Por: _____

() Aprovado () Reprovado

Data: ___/___/___

Supervisor CQ: _____