



Certificado de Análise de Produto Acabado			
Nome do Produto: PIELSANA ÓLEO 200 ML			
N° de Lote: 834/22		Fabricação: 12/2022	
		Validade: 12/2024	
Parâmetros Físico-Químicos	Especificações	Métodos	Resultados
Aspecto físico	Líquido oleoso e límpido	Interno	Conforme
Cor	Levemente amarelado	Interno	Conforme
Odor	Característico	Interno	Conforme
pH	Na	Na	Na
Acidez	Máximo 1,6	Interno	0,7 mg KOH/g
Saponificação	205 - 215	Interno	211,5 mg KOH/g
Densidade	0,920 – 0,940	Interno	0,924 g/ml
Viscosidade (mPa.s)	Resultado obtido na faixa de 20 à 90% (Fundo de escala padrão)	Interno	49,1 mPa.s 46,9 % 23,1°C
Microbiologia	Parâmetros	Métodos	Resultados
Contagem de Bactérias Mesófilos Totais Aeróbios	Max 5 x 10 ² UFC/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/ ml
Contagem de Bolores e Leveduras	Max 5 x 10 ² UFC/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/ml
Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbicos	Max 5 x 10 ² UFC/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/ml
Pesquisa Pseudomonas Aeruginosa	Ausência em 1ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Staphylococcus Aureus	Ausência em 1ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Candida Albicans	Na	Na	Na
Pesquisa de Coliformes Totais e Fecais	Na	Na	Na
Matérias Primas sujeitas a restrições	Especificações	Métodos	Resultados
Na	Na	Na	Na
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO		<input type="checkbox"/> REPROVADO	
Data de Início: 06/12/2022		Data de Término: 19/12/2022	
Analista Controle da Qualidade		Gerente da Qualidade	
Nome: Vanilda Fernandes		Alessandra Sanchez	
Assinatura: 			

DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br