



Certificado de Análise de Produto Acabado			
Nome do Produto: <b>DERMAMON 50 G</b>			
N° de Lote: <b>854/22</b>		Fabricação: <b>12/2022</b>	
		Validade: <b>12/2024</b>	
Parâmetros Físico-Químicos	Especificações	Métodos	Resultados
Aspecto físico	Líquido viscoso, opaco e sem grumos	Interno	Conforme
Cor	Branca	Interno	Conforme
Odor	Inodoro	Interno	Conforme
pH	Na	Na	Na
Acidez	Na	Na	Na
Saponificação	Na	Na	Na
Densidade	0,900 – 0,970	Interno	0,914 g/ml
Viscosidade (mPa.s)	Resultado obtido na faixa de 20 à 90% (Fundo de escala padrão)	Interno	3,10011 mPa.s 46,3% 23,1°C
Microbiologia	Parâmetros	Métodos	Resultados
Contagem de Bactérias Mesófilos Totais Aeróbios	Max 5 x 10 <sup>2</sup> UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/g
Contagem de Bolores e Leveduras	Max 5 x 10 <sup>2</sup> UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/g
Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbicos	Max 5 x 10 <sup>2</sup> UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	< 10 UFC/g
Pesquisa Pseudomonas Aeruginosa	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Staphylococcus Aureus	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Candida Albicans	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa de Coliformes Totais e Fecais	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Matérias Primas sujeitas a restrições	Especificações	Métodos	Resultados
Na	Na	Na	Na
<input checked="" type="checkbox"/> APROVADO		<input type="checkbox"/> REPROVADO	
Data de Início: 13/12/2022		Data de Término: 22/12/2022	
Analista Controle da Qualidade		Gerente da Qualidade	
Nome: Vanilda Fernandes		Alessandra Sanchez	
Assinatura: 		p/Ce 	

**DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br