

PRODUTO: PROACTION OPA 5 LT KIT		CÓD. PRODUTO: 33.0026.0005
LOTE: V23010741	DATA FABRICAÇÃO: 05/2022 *	VALIDADE: 05/2024

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0026.0005, contendo a descrição e o código do produto, o lote, quantidade por caixa e validade.	Conforme

PROACTION OPA 5LT	CÓD. PRODUTO: 33.0020.0005	LOTE: V22050221
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido transparente, incolor a levemente amarelado com odor característico.	Conforme
pH	7,0 a 7,8	7,6
Densidade (g/mL) (25°C)	0,990 a 1,030	1,011 g/mL
Teor de OPA	0,4675 a 0,6325 %	0,5375%
Teste de Concentração (Fita Teste)	Conforme	Conforme

PROACTION OPA INATIVADOR 30G	CÓD. PRODUTO: 33.0020.0032	LOTE: V22080332
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Pó cristalino inodoro	Conforme
Massa de envase (g)	≥ 30,0 g	33,0 g

Condições de Armazenamento	Armazenar o produto em sua embalagem original fechada, em ambiente arejado e ao abrigo da luz solar direta.
----------------------------	---

RESULTADO: APROVADO

Aline M. Duarte
Especialista CQ
CRQ N° 04152412