

Certificado de Análise de Produto AcabadoNome do Produto: **SKINAGE BOTA DE UNNA 7,5 CM X 9,14 M**N° de Lote: **716/23**Fabricação: **10/2023**Validade: **10/2025**

Parâmetros Físico-Químicos	Especificações	Métodos	Resultados
Aspecto físico	Atadura de algodão em rolo, opaca e sem grumos	Interno	Conforme
Cor	Branca	Interno	Conforme
Odor	Inodoro	Interno	Conforme

Microbiologia	Parâmetros	Métodos	Resultados
Contagem de Bactérias Mesófilos Totais Aeróbios	Max 5 x 10 ² UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	< 10 UFC/g
Contagem de Bolores e Leveduras	Max 5 x 10 ² UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/g
Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbicos	Max 5 x 10 ² UFC/g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/g
Pesquisa Pseudomonas Aeruginosa	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Staphylococcus Aureus	Ausência em 1g	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência

 APROVADO **REPROVADO**

Data de Início: 10/10/2023

Data de Término: 26/10/2023

Analista Controle da Qualidade

Gerente do Controle de Qualidade

Nome: Vanilda Fernandes

Silvia Bernardoni Mesurini

Assinatura:

**DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br