



**CERTIFICADO DE ANÁLISE PRODUTO ACABADO**

Página:  
**1 de 1**

<b>PRODUTO: PROACTION NEUTROCEPTIC 2000</b>		<b>CÓD. PRODUTO:</b> 33.0031.0000
<b>LOTE: V24030222</b>	<b>DATA FABRICAÇÃO: 02/2024</b>	<b>VALIDADE: 02/2026</b>

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0031.0000, contendo frascos de 5 L de Gerador e frascos de 50 mL do Ativador.	Conforme

<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 GERADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO: 33.0033.0005</b>	<b>LOTE: V24020186</b>
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido límpido transparente	Conforme
pH do produto puro	5,5 – 6,5	6,1
Densidade (g/mL, 25 °C)	1,000 a 1,030	1,014
Teor de H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (% p/p)	2,7 a 3,3 %	3,0

<b>PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 ATIVADOR</b>	<b>CÓD. PRODUTO: 33.0032.0050</b>	<b>LOTE: V24020211</b>
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido límpido alaranjado	Conforme
pH do produto puro	Informativo	6,4
Densidade (g/mL, 25 °C)	0,882 a 0,908	0,892

<b>Condições de Armazenamento</b>	Armazenar o produto em sua embalagem original fechada, em ambiente arejado e ao abrigo da luz solar direta.
-----------------------------------	---

**RESULTADO: Aprovado**

*[Assinatura]*  
**Aline M. Duarte**  
 Especialista CQ  
 CRQ N° 04152412

Av. Vitória Rossi Martini, 648 / Dist Industrial Vitória Martini / Indaiatuba / SP / CEP 13347 613

Tel: 19 3935 – 9696 / www.growqf.com.br