

Certificado de Análise de Produto Acabado

Nome do Produto: **PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃO AQUOSA 350 ML**

Nº de Lote: **433/24**

Fabricação: **09/2024**

Validade: **09/2026**

Parâmetros Físico-Químicos	Especificações	Métodos	Resultados
Aspecto físico	Líquido translúcido	Interno	Conforme
Cor	Incolor	Interno	Conforme
Odor	Inodoro	Interno	Conforme
Microbiologia	Parâmetros	Métodos	Resultados
Contagem de Bactérias Mesófilos Totais Aeróbios	Max 5 x 10 ² UFC/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/ml
Contagem de Bolores e Leveduras	Max 5 x 10 ² UFC/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/ml
Contagem Total de Micro-organismos Mesófilos Aeróbicos	Max 5 x 10 ² UFC/ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	<10 UFC/ml
Pesquisa Pseudomonas Aeruginosa	Ausência em 1 ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência
Pesquisa Staphylococcus Aureus	Ausência em 1 ml	Farmacopéia Brasileira 6ª Edição	Ausência

APROVADO

REPROVADO

Data de Início: 10/09/2024

Data de Término: 20/09/2024


Analista Controle da Qualidade

Gerente do Controle da Qualidade

Nome: Vanilda Fernandes

Silvia Bernardoni Mesurini

Assinatura:



DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br