


CÓPIA VERDADEIRA

CÓPIA INFORMATIVA



CERTIFICADO DE ANÁLISE PRODUTO ACABADO

Página:

2 de 2

PRODUTO: PROACTION NEUTROCEPTIC 2000

CÓD. PRODUTO: 33.0061.0000

LOTE: 26040070

DATA DE FABRICAÇÃO: 04/2026

VALIDADE: 04/2028

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0061.0000, contendo frascos de 5 L do Gerador e frascos de 50 mL do Ativador.	Conforme

PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 GERADOR

CÓD. PRODUTO: 33.0060.5000

LOTE: 26040051

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Líquido límpido transparente	Conforme
pH (25°C)	8,0 (7,0 – 9,0)	8,0
Densidade (g/mL, 25 °C)	1,007 (1,002 - 1,012)	1,011
Teor de H ₂ O ₂ (% p/p)	3,0 (2,7 - 3,3)	3,2

PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 ATIVADOR

CÓD. PRODUTO: 33.0059.0050

LOTE: 26040061

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Líquido límpido alaranjado	Conforme
Densidade (g/mL, 25 °C)	1,039 (1,032 – 1,046)	1,040

Condições de Armazenamento

Manter o produto fechado em sua embalagem original, em local arejado e ao abrigo da luz solar direta.

RESULTADO: APROVADO

Aline M. Duarte
Especialista CQ
CRQ N° 04152412

Data: 23, 04, 26

Av. Vitória Rossi Martini, 648 / Dist Industrial Vitória Martini / Indaiatuba / SP / CEP 13347 613

Tel: 19 3935 – 9696 / www.growqf.com.br