

**CERTIFICADO DE ANÁLISE PRODUTO ACABADO**

Página:

2 de 2

PRODUTO: PROACTION OPA 5 L**CÓD. PRODUTO: 33.0069.5000****LOTE: 26070170****DATA DE FABRICAÇÃO: 07.2026****VALIDADE: 07.2028**

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido transparente, incolor a levemente amarelado com odor característico.	Conforme
pH	7,0 – 7,8	7,7
Densidade (g/mL) (25°C)	0,990 – 1,030	1,011 g/mL
Teor OPA (%)	0,4675 – 0,6325	0,5759%
Teste de concentração (Fita Teste)	Conforme	Conforme

Condições de Armazenamento

Manter o produto fechado em sua embalagem original, em local arejado e ao abrigo da luz solar direta.

RESULTADO: APROVADO**Aline M. Duarte
Especialista CQ
CRQ Nº 04152412**Data: 23 / 07 / 26

Av. Vitória Rossi Martini, 648 / Dist Industrial Vitória Martini / Indaiatuba / SP / CEP 13347 613

Tel: 19 3935 – 9696 / www.growqf.com.br